En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:00 trece horas** del día **07 siete del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce**, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local **LPL28/2014** para la adquisición de **"Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco"**, ante la presencia del Lic. Jacobo Israel, Coordinadora de Compras de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones, de la Subsecretaría de Administración, y la Ing. Carolina Vázquez Ramírez representante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y con la asistencia de los siguientes interesados:

PARTICIPANTE / EMPRESA	REPRESENTANTE
1. SELCI	ANA LUZ RIVERA VALENZUELA
2. DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	JOSE LUIS REYES
3. RIVELAB, S.A. DE C.V.	ANTONIO CERVANTES

Se procedió a dar lectura a la siguiente precisión administrativa.

Precisión administrativa:

- La dirección correcta del plantel TLAJOMULCO SANTA FE es: BOULEVARD TEGUCIGALPA S/N ESQ. BOULEVARD COLON FRACC. HACIENDA STA FE C.P. 45653 TLAJOMULCO.
- La dirección correcta del plantel ZAPOPAN SANTA MARGARITA es: CALLE SANTA PAULA S/N ESQ. AV. DE LAS TORRES COL. STA MARGARITA C.P. 45140 ZAPOPAN, JALISCO.

Una vez leída la precisión administrativa se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los participantes y las respuestas proporcionadas por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Las preguntas recibidas el día 31 treinta y uno del mes de octubre del año 2014 de conformidad al numeral 3 de las bases correspondientes al proceso antes mencionado; recibiendo así las siguientes preguntas:

Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.

1.- **PARTIDA NUM. 17 PH METRO**: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE MAS INFORMACION TECNICA DE ESTA PARTIDA.

R.- Portátil y digital; permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, alimentos e incluso muestras sólidas. Rango de medición: 2-12 pH. Incluye: baterías; 1 pipeta; Estuche; Solución de calibración pH 4 (14 ml); Solución de calibración pH 7 (14 ml); 5 tiras de papel para toma de muestras.

2.- **PARTIDA NUM. 17 PH METRO.**- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL PH METRO DIGITAL LO REQUIEREN QUE SEA DE MESA O PORTAIL.

R.- Portátil

Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.

Partida 12: Balanza Analítica con puertas de cristal

Solicitamos a la convocante nos aclare la capacidad máxima de pesada del equipo

Solicitamos a la convocante nos aclare si la requiere con calibración interna o calibración externa

R.-Se solicita con capacidad máxima de pesada de 310 gramos y con autocalibración interna

Partida 13: Desecador de vidrio (con Silíca gel desecante)

Solicitamos a la convocante nos aclare el tamaño o volumen del equipo

Solicitamos a la convocante nos aclare la cantidad (gramos) de Silíca gel desecante que debemos incluir

Solicitamos a la convocante nos aclare si requieren que incluyamos en nuestra propuesta la placa de cerámica

R.- Desecador con placa de porcelana y válvula de vacío x Ø 300 mm, con 500 gr de silica gel.

Partida 14: Parrilla de calentamiento y agitador magnético

Solicitamos a la convocante nos aclare el tamaño de la parrilla

R.- Parrilla de cerámica de 18X18 cm.

Partida 15: Sistema completo de destilación

Solicitamos a la convocante nos aclare si requieren el sistema de digestión de muestras junto con el destilador

R.- si se requiere sistema de digestión

Partida 17: pHmetro

Solicitamos a la convocante nos aclare si requiere un equipo de mesa, portátil o de bolsillo tipo pluma

Solicitamos a la convocante nos aclare que accesorios requieren que incluyamos en nuestra propuesta

R.- Portátil y digital; permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, alimentos e incluso muestras sólidas. Rango de medición: 2-12 pH. Incluye: baterías; 1 pipeta; Estuche; Solución de calibración pH 4 (14 ml); Solución de calibración pH 7 (14 ml); 5 tiras de papel para toma de muestras.

Partida 21: Fermentador

Solicitamos a la convocante nos aclare que microorganismo quieren crecer dentro del Fermentador

Solicitamos a la convocante nos aclare que respecto al volumen de 3 litros que solicitan se refiere al volumen total o de trabajo

Solicitamos a la convocante nos aclare si requieren que se controle la temperatura por medio de una chaqueta de agua o manta de calentamiento

R.- Se crecerán diversos microorganismos, Volumen de trabajo, manta de calentamiento.

Rivelab S.A. de C.V.

1-. Partida 12, Balanzas Analíticas;
-Indicar la capacidad?
-Cuál es la sensibilidad?
-Dimensión de platillo?
-Proporcionar la más información posible?

R.- Se solicita con capacidad máxima de pesada de 310 gramos, con una sensibilidad de 0.01 mg de precisión y con autocalibración interna, alimentación por adaptador externo a 110 VCA.

2-. Partida 14, Parrilla de calentamiento y agitador;

-Proporcionar medidas y material de placa (almunia o porcelana)?
-De cuantas puertas se requiere, y si son sólidas o de cristal?
-Proporcionar más información?

R.- PLACA DE CERAMICA DE 18 X 18 cm
Control de velocidad variable de 60 a 1200rpm
La velocidad se establece con facilidad, incluso con guantes pesados
Control por microprocesador
Capacidad de carga: 11.3 Kg
Placa de cerámica resistente a acidos y álcalis, y fácil de limpiar
Certificaciones: 120V CUL, CSA approved; 230V CE marked
Opera a 120V 50/60Hz

Cable de corriente desmontable de 3 hilos y enchufe
Incluye barra agitadora de PTFE

3-. Partida 15, sistema completo de destilación;
-Favor de proporcionar la más información posible?

R.- Consumo de agua fría por minuto 5 L
Tiempo de destilación/muestra 2-4 min.
Tasa de recuperación % > 99
Reproducibilidad % +/- 1
Límite de detección N 0,1 mg
Voltage nominal 230 VAC
Frecuencia 50-60
Watage nominal 1600 W
Peso 20 kg
Dimensiones mm (a x p x h) 440 x 340 x 690

4-. Partida 17, medidor de pH;
-Se requiere de mesa o portátil?
-Proporcionar la más información posible?

R.- Portátil y digital; permite medir muestras directamente en líquidos, pastas, alimentos e incluso muestras sólidas. Rango de medición: 2-12 pH. Incluye: baterías; 1 pipeta; Estuche; Solución de calibración pH 4 (14 ml); Solución de calibración pH 7 (14 ml); 5 tiras de papel para toma de muestras.

5-. Partida 19, dinamómetros;
-Especificar la capacidad del dinamómetro?

R.- **Características principales:**
Rango: 50, 200, 1000 N
Medido en tracción compresión
Pantalla digital y reversible
Programación de menú.
Modo de medición continuo / pico / PC
Recalibración de cero a un toque
Precisión: 0,05 N
Viendo el umbral (límite)
Elección de la unidad:. Kgf / lbf / N
Batería integrada con cargador

Prolongación Avenida Alcalde 1221, Guadalajara, Jalisco, México, Tels. (33) 3818 2822 / Fax (33) 3818 2824

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

1.- Pido a la convocante aclare cuando se llevara a cabo la junta de aclaraciones de la presente ya que señalan las bases que será el día "7" pero con letra dice "seis". Así como la entrega de propuestas ya que es el mismo día lugar y hora de las licitaciones LPL24/2014 y LPL27/2014

R.- La junta de aclaraciones se realizara el dia 7 siete de noviembre y La presentación y apertura de propuesta queda a la misma hora y mismo lugar de las especificadas en bases.

Una vez leída el acta a los asistentes indicaron no tener observación alguna.----------
---

La presente acta forma parte integral de las bases de la licitación LPL28/2014 para los efectos legales a que haya lugar. ----------
No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, manifiestan no tener dudas con relación a las bases de la licitación objeto de las mismas, por lo cual se da por terminado este acto a las 15:18 quince horas dieciocho minutos, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. ----------
---
----------FIN DE ACTA ----------